



RELATÓRIO DE ENSAIO

Ensaio: Teste 2

Data: 27/11/2025

Amostra: Amostra 1 - 1

Técnico: Marcela

Dados do Ensaio

Concentração	100	Unidade	%
Série de Diluição	Geométrica múltiplo de 2	Nº de Diluições	7
Tempo de Incubação	5	Pré-diluição	4
Tipo de Ensaio	Manual	Nº do Lote	100

Observações

Concentração	FD	Luz Inicial	Luz Final	F. Correção	Inibição	Inibição Média	Válido
	C	7480	7703	7.547,3	-2,1	0,02	2,0874
		8367	8264	8.442,3	2,1		Sim
0,3902	256	7978	7240	8.049,8	10,1	9,20	0,8647
		8074	7468	8.146,7	8,3		Sim

Fator de Correção

Correção 01: 1,030 Fc: 1,009 % Diferença: -4,078

ABNT Válido

Referência	Concentração	Inibição %

RELATÓRIO DE ENSAIO



Ensaio: Teste 2

Data: 27/11/2025

Amostra: Amostra 1 - 1

Conc.	Inibição %	Gama	Log Gama	Log Conc.	Gama Regreção Linear
0,3902	9,20	0,101	-0,99600	-0,40894	0,00000

CEs	Valor
20	0,00
30	0,00
40	0,00
50	NaN
60	∞
70	∞
80	∞



Marcela